

MINISTERIO
DE SANIDADagencia española de
medicamentos y
productos sanitariosAGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS

La AEMPS informa de la detección de unidades falsificadas de preservativos Durex en el mercado español

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2025

Categoría: productos sanitarios, productos falsificados

Referencia: PS, 56/2025

- La Agencia ha tenido conocimiento de la venta de estos productos falsificados en un establecimiento comercial de Salamanca, España
- El distribuidor de la marca en España ha confirmado que el número de lote utilizado en los productos falsificados corresponde al producto original Durex Fetherlite de 3 unidades

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento de la venta de unidades falsificadas de dos modelos de preservativos de la marca Durex en un establecimiento comercial en Salamanca.

La empresa Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., distribuidora de la marca en España, ha confirmado que el lote que figura en estos productos falsificados corresponde al producto original Durex Fetherlite de 3 unidades, fabricado en sus instalaciones en 2011 y con fecha de caducidad 09/2016.

En la siguiente tabla se muestran los modelos afectados y el número de lote falsificado. Estos productos pueden identificarse mediante la comprobación del número de lote y la fecha de caducidad, situados en la parte inferior del cartonaje.

Productos afectados

Producto falsificado	Modelo	Número de lote y fecha de caducidad
	Mutual Climax	Lote 0010471127 Caducidad 2026-10

Producto falsificado	Modelo	Número de lote y fecha de caducidad
	Pleasuremax	Lote 001047II27 Caducidad 2026-10



Información para usuarios

- Si dispone de preservativos Durex de alguno de los modelos indicados, compruebe el número de lote y la fecha de caducidad que figuran en la parte inferior del cartonaje.
- Si el lote y fecha de caducidad coinciden con los indicados en la tabla, no los utilice.



Información para distribuidores y establecimientos de venta

- Verifique si dispone de alguna unidad de estos modelos y compruebe si el número de lote y la fecha de caducidad indicados en la parte inferior del cartonaje coinciden con los de la tabla. En ese caso, no los distribuya y retírelos de la venta.
- Si dispone de preservativos Durex de otros modelos y lotes que presenten características que le hagan sospechar de que se pueda tratar de productos falsificados, contacte con el distribuidor en España del fabricante: Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., en el teléfono 900456467.
- Si se confirma que el producto es una falsificación, informe a la AEMPS por correo electrónico en la dirección pscontrol@aemps.es, indicando los datos de la empresa que le suministró el producto.

Datos de la empresa

Reckitt Benckiser Healthcare, S.A.

Calle Mataró, 28

08403 Granollers, Barcelona

Teléfono: 900 456 467