

Referencia: SOFM/BBG/apf
Fecha: 13/03/2026
Ref. AEMPS: NI PS 011_2026**Nota Informativa Productos Sanitarios 11/2026****LA AEMPS INFORMA DE UN POSIBLE DESGASTE PREMATURO EN LAS CONTERAS DE DETERMINADAS MULETAS DE ANTEBRAZO, BASTONES DE ALUMINIO LIGERO Y CONTERAS DE GOMA CON INSERTO DE ACERO**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la autoridad competente de Alemania, de un posible desgaste prematuro en las conteras de determinados modelos de muletas y bastones, así como en conteras de goma con inserto de acero comercializadas por separado, fabricadas por la empresa alemana Ossenberg GmbH.

El desgaste prematuro podría atribuirse a un lote defectuoso, asociado a anomalías en el material de las conteras. Este desgaste, más rápido de lo habitual, puede observarse tras dos o tres semanas de uso y manifestarse mediante un desgaste significativamente mayor en la superficie de uso, la aparición de grietas o degradación del material y la reducción del perfil de la contera.

Como consecuencia de este desgaste, las personas usuarias podrían experimentar una disminución de la resistencia al deslizamiento, una reducción de la estabilidad del apoyo e incluso un riesgo potencial de caída.

Situación actual en España

Las muletas, bastones y conteras han sido distribuidos en España por KMINA Improving Mobility Development S.L., Ayudas Tecno Dinámicas, S.L. e Ibor Médica. Estas empresas están enviando una nota de aviso dirigida a farmacias y ortopedias para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

Productos afectados

Los productos afectados son

las muletas de antebrazo KLASSIKER, KIDDY, JUNIOR y EASY, los bastones de aluminio ligero LM-Stock Kiddy y las conteras de goma con inserto de acero, comercializados entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Las conteras afectadas pueden ser de color azul, gris o negro.

Información para personas usuarias

- ✓ Revise regularmente las conteras de goma.
- ✓ Si observa signos de desgaste prematuro, generalmente tras dos o tres semanas de uso, interrumpa su uso y lleve la muleta o el bastón a la farmacia u ortopedia donde lo compró para que reemplacen las conteras.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.				Pág. 1 / 3
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2026/034282	Notificación	Solicitudes y remisiones generales	2026/0263258	
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1 Jefe Sección Atención Farmacéutica		Antonio Jacinto Perez Fernandez	13/03/2026 13:49:52	
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE		por Gobierno de La Rioja con CSV: MCCLOP0DOPJIB38	Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion	
			13/03/2026 13:49:58	

Información para distribuidores

- ✓ Informe a los puntos de venta sobre el problema detectado y las acciones a seguir. Facilíteles la nota de aviso e indíqueles que informen a sus clientes.
- ✓ Realice el reemplazo de las conteras afectadas que les soliciten.

Información para farmacias y ortopedias

- ✓ Comunique el problema y las medidas correctivas a los clientes que hayan adquirido alguno de estos productos.
- ✓ Realice el reemplazo de las conteras afectadas que les soliciten.

Datos de las empresas distribuidoras

- ✓ KMINA Improving Mobility Development S.L.
Carrer de la Coma, 19 46160 Liria, Valencia
www.kmina.com
- ✓ Ayudas Tecno Dinámicas, S.L.
C/Llobregat, 12 (Polígono industrial Urvasa) 08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona
935 747 474 www.ayudasdinamicas.com
- ✓ Ibor médica
C/ Pertusa, 27 50197 Zaragoza
976 132 773 www.ibor.net

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de estos productos, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#)

ANEXO: LISTADO DE PRODUCTOS AFECTADOS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE				en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.		Pág. 2 / 3	
Expediente		Tipo	Procedimiento			Nº Documento	
00860-2026/034282		Notificación	Solicitudes y remisiones generales			2026/0263258	
Cargo		Firmante / Observaciones			Fecha/hora		
1 Jefe Sección Atención Farmaceutica		Antonio Jacinto Perez Fernandez			13/03/2026 13:49:52		
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE		por Gobierno de La Rioja con CSV: MCCLOP0DOPJIB38		Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion		13/03/2026 13:49:58	

Número de artículo	Descripción
220CASKBI	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI blue
220CASKBI-L	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI blue – left
220CASKBI-R	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI blue – right
220CASKGr	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI grey
220CASKSw	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI black
220CASKTUE	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – anatomical soft grip – KOMBI turquoise
220CKBI	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Hard grip – KOMBI blue
220CKGr	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Hard grip – KOMBI grey
220CKSw	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Hard grip – KOMBI black
220CKTUE	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Hard grip – KOMBI turquoise
220CSKBI	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Soft grip – KOMBI blue
220CSKGr	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – EErgo Soft grip – KOMBI grey
220CSKLi	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Soft grip – KOMBI purple
220CSKSw	Forearm crutch KLASSIKER from light metal up to 140 kg – CLIP – Ergo Soft grip – KOMBI black

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 3 / 3
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/034282	Notificación	Solicitudes y remisiones generales	2026/0263258
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Jefe Sección Atención Farmaceutica		Antonio Jacinto Perez Fernandez	13/03/2026 13:49:52
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE		por Gobierno de La Rioja con CSV: MCCLOPODOPJIB38 Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion	13/03/2026 13:49:58