

Referencia: SOFM/BBG/cam
Fecha: 26/03/2026
Ref. AEMPS: NI PS 14/2026

Nota Informativa Productos Sanitarios 14/2026

LA AEMPS INFORMA DE LA DETECCIÓN DE UN LOTE FALSIFICADO DE CÁNULAS NASALES CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ADULTOS

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la autoridad competente de Alemania, de la detección, por parte del importador:

Wolfram Droh GmbH

Dammweg, 11, 55130 Mainz, Alemania

de un lote falsificado de cánulas nasales con conexión luer-lock para adultos en el mercado alemán.

El producto falsificado consiste en un sistema de tubo con cánula nasal destinado a la administración de oxígeno concentrado desde la nariz hasta los pulmones, fabricado por Yuyao Hairui Medical Device Co. Ltd, China. El número del lote afectado es 24/502898 y su referencia 1.4.3.3.5

Este producto no consta como comunicado en el registro de comercialización de productos sanitarios de la AEMPS.

Hasta la fecha, no se ha recibido información que indique la presencia de este lote falsificado en el mercado español. No obstante, no se puede descartar su posible introducción en él a través de canales de venta no reglamentarios.

Producto afectado:

Cánula nasal de PVC con conexión luer-lock para adultos con número de lote 24/502898 y referencia 1.4.3.3.5.



Imagen de la cánula original



Etiquetado del producto falsificado

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PADES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.				Pág. 1 / 2
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2026/040287	Escrito	Solicitudes y remisiones generales	2026/0307681	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmaceutica y Medicamentos	Beatriz Barrio García		26/03/2026 11:17:31	
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE	por Gobierno de La Rioja con CSV: PRHGYWBK2X9HW3W Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion		26/03/2026 11:17:35	

Información para profesionales sanitarios:

- Verifique si dispone de unidades del producto afectado con número de lote 24/502898 y referencia 1.4.3.3.5.
- En caso de disponer de unidades del producto con el número de lote y referencia afectados no las utilice e informe mediante correo electrónico a pscontrol@aemps.es indicando los datos de la empresa que le suministró el producto.
- Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de estos productos, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#)

Información para distribuidores:

- Verifique si dispone de unidades del producto afectado con número de lote 24/502898 y referencia 1.4.3.3.5.
- En caso afirmativo, no distribuya el producto, retírelo de la cadena de suministro e informe mediante correo electrónico a pscontrol@aemps.es, indicando los datos de la empresa que le suministró el producto.

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE				en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.		Pág. 2 / 2	
Expediente		Tipo	Procedimiento			Nº Documento	
00860-2026/040287		Escrito	Solicitudes y remisiones generales			2026/0307681	
Cargo		Firmante / Observaciones			Fecha/hora		
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmaceutica y Medicamentos		Beatriz Barrio Garcia			26/03/2026 11:17:31		
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE		por Gobierno de La Rioja con CSV:	PRHGYWBK2X9HW3W	Dirección de verificación:		https://www.larioja.org/verificacion	26/03/2026 11:17:35