La Rioja
larioja.org

Salud y Políticas Sociales
Viceconsejería de Salud y Políticas Sociosanitarias
Dirección General de Prestaciones y Farmacia

C/ Obispo Lepe 6 (C.A.R.P.A.)
26071 Logroño (La Rioja)
941 29 99 00
dgfarmacia@larioja.org

Referencia: SOFM/BBG/lff
Fecha: 19/10/2026
Ref. AEMPS: NI PS 043/2026

Nota Informativa Productos Sanitarios 43/2026

LA AEMPS INFORMA DE PROBLEMAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEDETERMINADAS CAMILLAS DE DUCHA ARJO CAREVO

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del fabricante ArjoHuntleigh AB (Suecia), de la posibilidad de que el soporte lateral de las camillas de ducha Carevo se abra de forma involuntaria durante su uso.

Las camillas de ducha Carevo están diseñadas para realizar cuidados de higiene asistida, especialmente para vestir, desvestir y duchar a pacientes en entornos de cuidado, como vida diaria asistida de mayores, hogares comunitarios, cuidados especiales, residencias, hospitales y domicilios.

El problema puede deberse a que las asas no están completamente bloqueadas y se aplique una fuerza adicional durante la manipulación del paciente o a un defecto en el muelle de torsión en determinadas camillas. La apertura involuntaria del panel puede conllevar la caída del residente o paciente y lesiones graves, como traumatismos craneales, fracturas u otros traumatismos derivados de la caída.

Para garantizar un funcionamiento correcto y reducir la probabilidad de que el soporte lateral se abra involuntariamente, la empresa fabricante ha actualizado las instrucciones de uso con el fin de reforzar el bloqueo adecuado de ambas asas y la postura de trabajo ergonómica recomendada.

Se adjunta:

Nota de aviso 1: dirigida a usuarios con camillas Carevo fabricadas entre el 1 de agosto de 2015 y el 20 de febrero de 2024. Actualización de las instrucciones de uso con advertencias adicionales.

Nota de aviso 2: camillas Carevo fabricadas entre el 21 de febrero de 2024 y el 31 de julio de 2025. Actualización de las instrucciones de uso con advertencias adicionales y sustitución del muelle de torsión.

Nota de aviso 3: camillas Carevo fabricadas entre el 1 de agosto de 2025 y el 29 de octubre de 2025. Recordatorio de las advertencias ya incluidas en las instrucciones de uso suministradas junto con las camillas y sustitución del muelle de torsión.

Productos afectados: Camillas de ducha Arjo Carevo fabricadas entre el 1 de agosto de 2015 y el 29 de octubre de 2025. Los números de serie afectados serán especificados en la nota de aviso personalizada que Arjo Iberia enviará a cada cliente.



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/121342	Otros	Solicitudes y remisiones generales	2026/0981116

	Cargo	Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefa Servicio de Ordenación Farmaceutica y Medicamentos	Beatriz Barrio Garcia	20/10/2026 08:07:09
2	**SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja con CSV: **HXQJDBERDKL8LIU** Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion		20/10/2026 08:07:14

Información para pacientes y personas cuidadoras:

- En caso de que tenga en su posesión una camilla de ducha Carevo afectada, lea detenidamente la nota de aviso (1, 2 y 3) que corresponda y las instrucciones de uso actualizadas.
- Utilice la camilla tal y como se indica en las instrucciones de uso actualizadas y realice las comprobaciones recomendadas.
- Si su camilla está afectada por el problema del muelle de torsión, contacte con Arjo para programar una visita para la corrección.
- Mantenga la nota de aviso y las instrucciones de uso a la vista de todos los usuarios de estos productos en su centro.

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/121342	Otros	Solicitudes y remisiones generales	2026/0981116

	Cargo	Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefa Servicio de Ordenación Farmaceutica y Medicamentos	Beatriz Barrio Garcia	20/10/2026 08:07:09
2	**SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja con CSV: **HXQJDBERDKL8LIU** Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion		20/10/2026 08:07:14