La Rioja
larioja.org

Salud y Políticas Sociales
Viceconsejería de Salud y Políticas Sociosanitarias
Dirección General de Prestaciones y Farmacia

C/ Obispo Lepe 6 (C.A.R.P.A.)
26071 Logroño (La Rioja)
941 29 99 00
dgfarmacia@larioja.org

Referencia: SOFM/BBG/cam
Fecha: 30/10/2026
Ref. AEMPS: NI PS 45/2026

Nota Informativa Productos Sanitarios 45/2026

LA AEMPS INFORMA DE UN POSIBLE RIESGO DE ATRAPAMIENTO RELACIONADO CON EL USO DE LOS ASIDEROS PARA CAMA LET'S GET UP Y LET'S GET UP L

Se adjunta la nota informativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en al que informa del posible riesgo de atrapamiento con los asideros para cama Let's Get Up y Let's Get Up L, diseñados para facilitar al usuario incorporarse de la cama de forma autónoma.



La empresa ha realizado una revisión de seguridad de sus productos y ha decidido suspender temporalmente su venta y distribución mientras llevan a cabo trabajos adicionales de verificación e investigación.

Los productos ya instalados en las casas de las personas usuarias, pueden seguir utilizándose, pero se ha identificado la necesidad de aclarar la información relativa a:

- las camas y colchones compatibles
- la instalación
- el uso correcto de ambos productos para prevenir el riesgo de atrapamiento.

Para ello, se han actualizado las instrucciones de uso, incluyendo requisitos de seguridad y compatibilidad adicionales que deben aplicarse a todos los productos en uso.

Los productos Let's Get Up y Let's Get Up L han sido distribuidos en España por:

- **Trust Care AB, Suecia**
  Skrittgatan 8B, SE-213 77 Malmö
  www.trustcare.se

La empresa está enviando una nota de aviso dirigida a ortopedias y personas usuarias para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

Productos afectados:

NOMBRE COMERCIAL	REFERENCIA	UDI-DI BÁSICO
Let's Get Up	LGU101	735003688LGU10076
Let's Get Up L	LGU101L	0735003688LGU101L4R

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/128255	Escrito	Solicitudes y remisiones generales	2026/1034284

	Cargo	Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefa Sección de Medicamentos	Ana Marauri Baños	30/10/2026 17:24:35
2	**SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja con CSV: **AUYZZQQN3C3DBOC** Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion		30/10/2026 17:24:40

Información para personas usuarias:

- Lea con atención la nota de aviso de la empresa y asegúrese de que se usan las instrucciones de uso actualizadas incluidas en ella.
- Compruebe que el producto está correctamente instalado y se utiliza con una cama y un colchón compatibles.
- Asegúrese de que cualquier posible hueco entre el colchón y la ayuda para incorporarse se compruebe según las instrucciones de uso actualizadas.
- Notifique cualquier incidente o fallo del funcionamiento del producto al fabricante.

.

Información para ortopedias:

- Póngase en contacto con los clientes a los que suministraron producto afectado y proporcióneles la nota de aviso de la empresa.

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/128255	Escrito	Solicitudes y remisiones generales	2026/1034284

	Cargo	Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefa Sección de Medicamentos	Ana Marauri Baños	30/10/2026 17:24:35
2	**SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja con CSV: **AUYZZQQN3C3DBOC** Dirección de verificación: https://www.larioja.org/verificacion		30/10/2026 17:24:40